

Krosno Odrzańskie 25.10.2018 r.

**Wykonawcy,
którzy pobrali SIWZ**

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie - www.bip.powiatkrosnienski.pl.

Pytanie nr 1

Dotyczy Części nr 2 poz. 1 – Płuczko-dezynfektor – 1 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Części nr 2 poz. 1 płuczko-dezynfektora oraz utworzenie odrębnego pakietu? Obecna konstrukcja SIWZ prowadzi ograniczenia ilości Wykonawców mogących przystąpić do przedmiotowego postępowania i zawęży grono Oferentów. Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości Wykonawców złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, parametrów technicznych, jakości, kosztów eksploatacji i serwisu.

Odpowiedź do pyt. Nr 1


Wymaga się złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 – część nr 2, poz. 1 Płuczko-dezynfektor

Czy Zamawiający przez pojęcie dyszy rozumie pojedynczy strumień wody?

Odpowiedź do pyt. Nr 3

Zamawiający wyjaśnia, że przez pojęcie „dyszy” oznacza pojedynczy strumień wody.

WICEPRZEDSIĘDZIECA

Tomasz Kuczmarek

**Wykonawcy,
którzy pobrali SIWZ**

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie - www.bip.powiatkrosnienski.pl.

„Pytanie nr 1 – część nr 2, poz. 1 Płuczko-dezynfektor - umowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od §6, pkt. 4, lub wyrazi zgodę na jego zmianę w sposób następujący „W przypadku konieczności wydłużenia okresu naprawy ponad termin 14 dni Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu innego sprzętu tego samego typu do czasu zakończenia naprawy (lub podzespołu) celem zapewnienia ciągłości wykonywanych świadczeń. Sytuacja ta, nie powoduje naliczania kar umownych.”

Odpowiedź do pyt. Nr 1

Zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ - wzorze umowy pozostają bez zmian.

„Pytanie nr 2 – część nr 2, poz. 1 Płuczko-dezynfektor - umowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od §6, pkt. 7, lub wyrazi zgodę na jego zmianę w sposób następujący „Wykonawca wymieni na nowy, wolny od wad element (część) przedmiotu umowy, który był poddany 3 naprawom gwarancyjnym.”

Odpowiedź do pyt. Nr 2

Zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ - wzorze umowy pozostają bez zmian.

WICESTAROSTA

Tomasz Kaczmarek