

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ i zmiany

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę 2 szt. fabrycznie nowych – rok produkcji 2018/2019 ambulansów sanitarnych typu C dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Krośnie Odrzańskim

W związku z zapytaniem dotyczącym treści SIWZ Zamawiający udziela wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 t.j.) bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie - www.bip.powiatkrosnienski.pl.

Pytanie wpłynęło po ustawowym terminie na składanie wniosków o udzielenie wyjaśnień do SIWZ, jednakże Zamawiający postanawia na nie odpowiedzieć.

Pytanie.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o poniższych parametrach użytkowych ?:

Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia
Przewód silikonowy
Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności
Przepływ 30 l/min
Słój do sterylizacji w autoklawie o pojemność min 1,0 l umieszczony w torbie zabezpieczającej przed uszkodzeniami
Płynna regulacja siły ssania do -0,8 bar realizowana za pomocą pokrętła
Pełna informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka
Kabel do zasilania karetkowego 12V
Uchwyt ścienny z systemem zasilania do montażu w karetce zgodna z PN EN 1789 (certyfikat lub deklaracja zgodności potwierdzającą spełnienie parametru) umożliwiającą ładowanie ssaka bezpośrednio po wpięciu do uchwytu
Temperatura pracy od 0 do 50 °C
Temperatura przechowywania od - 25 do 55 °C
Ciężar kompletnego ssaka max 4,6 kg

Czas pracy 45 min

Zabezpieczony przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka – IP34d

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę.

Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

STAROSTA
Grzegorz Garczyński

GLÓWNY SPECJALISTA
Agata Czora